



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 106/2019

De: Gabinete da Secretária Municipal de Saúde

Para: Secretaria de administração;

Data: 07 de fevereiro de 2019.

Circular: () Sim (x) Não

Através desta, solicito licitação dos equipamentos abaixo relacionados para atender o artigo 5º da Resolução CIB nº 50 de 2013 e portaria nº 083/2018/GBSES no art. 4º.

- 01 tela de proteção para retroprojeto (Datashow);
- 01 HD externo – portátil 1 TB;
- 01 termômetro digital portátil tipo vareta;
- 01 termômetro digital de pistola laser infravermelho culinário;
- 01 impressora HP laserjet M132FW G3Q65A multifuncional;

Segue em anexo Plano de aplicação dos Recursos da Vigilância em Saúde;

Atenciosamente;

IVANIA VARGENS TIGRE
SEC.MUN.DE SAÚDE

Declaro haver recebido o presente documento.

Em 07/02/2019

Sonia Aparecida de Oliveira
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 008/2017

Prefeita MABEL DE FÁTIMA MILANEZE ALMICE-Vice-prefeito: JANDIR ALBERTO SCHEFFLER

Rua Mato Grosso,142-Centro-Cep:78345-000-PABX 66 3581-1166-Castanheira-MT

CNPJ:24.772.154/0001-60-EMAIL:prefeituracastanheira@gmail.com

PREF. MUN.

FLS. 29

RUB. 1



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Resolução CIB/MT nº 016, de 06/04/2017

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 ÓRGÃO			
Nome: Prefeitura Municipal de Castanheira		C.N.P.J: 24.772.154/0001-60	
Endereço: Rua: Mato Grosso, s/nº - Centro			
Cidade: Castanheira	UF: MT	CEP: 78.345 - 000	DDD / Fone / Cel. 66-3581-1166
Nome do Dirigente do órgão Proponente: Mabel de Fatima Milanezi Almici		C.P. F do Dirigente 021.903.808-20	
RG / Órgão Expedidor / Data 27.57004-5 SSP/MT	Cargo: Prefeita Municipal		Função: Gestor Publico
Endereço: Rua: Morado do Sol, s/nº - Bairro Bosque da Saude - Castanheira			CEP: 78.345-000
E-mail: mabelmilanezi@hotmail.com		DDD / Fone / Cel. 66-996064703	

1.2 ORGÃO EXECUTOR			
Nome: Secretaria Municipal de Saúde de Castanheira		C.N.P.J: 13.995.526/0001-09	
Endereço: Av.: Castanheira nº 100 - Centro			
Cidade: Castanheira	UF: MT	CEP: 78.345-000	DDD / Fone / Cel. 66- 3581- 1296
Nome do Dirigente do órgão Proponente: Ivania Vargens Tigre Weber		C.P. F do Dirigente 571.212.141-72	
RG / Órgão Expedidor / Data 933.644 SSP/MT	Cargo: Secretaria Municipal de Saúde		Função: Secretária Municipal de Saúde



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: Av.: Gilio Rezzieri, nº 14 – Centro - Castanheira	CEP: 78.345-000
E-mail: ivaniaweber@outlook.com	DDD / Fone / Cel. 66-3581-1296 e/ou 66-999034127

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 TÍTULO DO PROJETO	2.2 PERÍODOS DE EXECUÇÃO	
	Início (Mês/Ano)	Término (Mês/Ano)
Plano de ações de recurso financeiro referente a Resolução CIB/MT nº 016 de equipamentos para implantar e implantar o Sistema o Sistema de informação em Vigilância (SVS), do município de Castanheira.	Dezembro/2018	Fevereiro/2019

2.2- COORDENADORAS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO:

Ivania Vargens Tigre Weber e Stella Costa da Silva

2.3 – OBJETIVO:

Aquisição de equipamentos para implantar o Sistema de informação em Vigilância sanitária (VISA).

2.4 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

O município de Castanheira foi contemplado com o incentivo estadual, no valor de R\$10.000,00 em parcela única. Sendo este valor será para aquisição de equipamentos para utilização do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SVS), no setor da Vigilância Sanitária Municipal.

2.5 – METAS

Nº	ESPECIFICAÇÃO DA (S) META (S)
01	Aplicar o recurso, exclusivamente, para aquisição dos equipamentos citados no art. 5º da Resolução CIB nº 050, de 2013, listados abaixo, que deverão ser utilizados pela Vigilância Sanitária: Computador; Scanner; No-break e Impressora. Conforme a Portaria nº 083/2018/GBSES no Art. 4º, § 1º os itens scanner e



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

impressora poderão ser adquirido em um único equipamento multifuncional.

§ 2º Após compra dos equipamentos elencados nos incisos do art. 4º, e, **não atingindo o valor disponibilizado, poderá utilizar o restante do recurso na aquisição de outros equipamentos necessário a estruturação da VISA.**

2.6- FORMA (S) DE EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES:

- 1- A Secretaria Municipal de Saúde junto com o setor da Vigilância Sanitária Municipal Levantara as necessidades dos equipamentos permanentes, o que vem a ajudar em trabalhos de ações da VISA a campo e trabalhos interno administrativo junto ao Sistema de Informação – SVS;
- 2- A Visa-Municipal apresentará o Plano de Aplicação do recurso da Vigilância Sanitária para aquisição dos equipamentos ao Conselho Municipal de Saúde de Castanheira;
- 3- Encaminhará ao Setor Administrativo e de Licitação o Plano de Aplicação do recurso VISA, junto com a Resolução do CMS/2018, para aquisição dos equipamentos;
- 4- Apresentará a Nota Fiscal dos equipamentos adquiridos a Comissão Intergestora Regional-CIR da região Noroeste, conforme a Portaria nº 083/2018/GBSES.

3 – MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

FONTES	FES- Bloco da Vigilância em Saúde			(Em R\$ 1,00)
	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tela de projeção para retroprojetor (data show ou Datashow) TPP43, com tripé e tamanho de 100" (polegadas), a área de visualização possui 203x152cm em uma altura de 2520mm (252cm) sendo o material da superfície matte White (branco fosco). OBS: Não esta licitada	01	01		R\$ + ou- 700,00
HD externo – portátil 1TB OBS: Não esta licitada	01	01		R\$ + ou- 350,00

Gestão 2017 - 2020

Av.: Castanheira, nº 100, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1296 Castanheira – MT,

PREF. MUN.
FLS. 32
RUB. _____



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Termômetro digital portátil tipo vareta OBS: Não esta licitada	01	01		R\$ + ou- 150,00
Termômetro digital de pistola laser infravermelho culinário (medir temperaturas entre -50°C e 420°C ou -58°F e 788°F.) OBS: Não esta licitada	01	01		R\$ + ou- 150,00
Impressora HP LaserJet M132FW G3Q65A Multifuncional Laser com Wireless e ADF OBS: Não esta licitada Sugestão de empresas p/ aquisição: Creativecopias – Sinop 66-3520 9000	01	01	R\$ 1.882,27 1,00 (valor orçado na Creative)	R\$ 1.882,27
Computador completo I 5 08 GB de RAM com processador 04 . Licitado na modalidade Pregão – SMS Fornecedor: Ferrari Cell LTDA EPP	01	01	R\$ 2.435,00	R\$ 2.435,00
Arquivo de aço 4 gavetas em chapa 26 cinza Licitado na modalidade Pregão – SMS Fornecedor: Wanda Comercio de moveis e equipamentos p/ escritório	01	01	R\$490,00	R\$ 490,00
Cadeira giratória assento estofado modelo diretor com espuma	01	03	R\$376,00	R\$1.128,00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Licitado na modalidade Pregão – SMS Fornecedor: Olmi Informática Ltada EPP				
No-break- Licitado na modalidade Pregão – SMS Fornecedor: Ferrari Cell LTDA EPP	01	02	R\$ 320,00	R\$ 640,00
Data Show Licitado na modalidade Pregão – SMS Fornecedor: Ferrari Cell LTDA EPP	01	01	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
TOTAL GERAL				R\$ 10.565,27

4 – FINANCIAMENTOS DO PROJETO

FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
O recurso orçamentário de que se trata da Portaria nº 083/2018/GBSES correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentaria: Programa: 077 - ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde; Ação: 2522; Fonte: 395.	Valor: R\$ 10.000,00
Contrapartida Municipal	Valor: R\$ 565,27
Total Geral	R\$ 10.565,27

5 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO / ENTIDADE

Castanheira, MT – 11 de Dezembro de 2018.

De Acordo:

Ivania Vargens Tigre Weber
Secretária de Saúde de Castanheira

Mabel de Fatima Milanezi Almici
Prefeito Municipal de Castanheira



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Secretaria Municipal de Saúde


Controle Interno N.º 166/2019

De : Gabinete da Secretária Municipal de Saúde
Para : Administração - Sônia
Data : 08 de março de 2019
Assunto: Licitação
Circular : () Sim (x) Não

Solicitamos a realização de licitação para aquisição de equipamento e material permanente da Emenda Parlamentar nº- 29360003 Deputado Federal Nilson Leitão e da Emenda Parlamentar 28250005 Deputado Federal Saguas Moraes.

Relação dos itens segue em anexo:

Atenciosamente,



IVANIA VARGENS TIGRE WEBER
Sec. Mun. de Saúde

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaro haver recebido o presente documento em 08/03/2019



Sônia Aparecida Pereira
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 008/2017

EMENDA NILSON LEITÃO

Nº 29360003

Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

Cadeira	1	90,00	90,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		

Mesa de Escritório	1	360,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL		
GAVETAS	02		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Ventilador de Teto/ Parede	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO/ TIPO	3 OU 4 PÁS/ PAREDE		

Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
DESLIZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/ GAVETAS	AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS		

PREF. MUN.
 FL. 36
 RUB.

Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		

computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior; suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Longarina	12	500,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		

Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Bebedouro/ Purificador Refrigerado Especificação TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Arquivo Especificação DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

Cadeira Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO

Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) Especificação FREIOS ABS E AIRBAG DUP NÃO POSSUI ACESSÓRIOS3 PROTETOR DE CAÇAMBA ACESSÓRIO 1 ESTRIBOS LATERAIS MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV CÂMBIO MANUAL 06/02/2019 4/4 CAPACIDADE 05

PREF. MUN.
 FLS. 37
 RUB. ~

LUGARES AR CONDICIONADO POSSUI TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME) POSSUI TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Armário Especificação DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg

FISIOTERAPIA

Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28250005 - R\$ 29.995,00 - SÁGUAS MORAES

Exercitador de Mãos e Dedos - Especificação Técnica Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Com resistência de 5.0 lbs - 3,2 Kg.

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Geladeira/ Refrigerador Especificação CAPACIDADE DE 250 A 299 L

Exercitador de Pés e Tornozelo Especificação ESPECIFICAR SIM Especificação Técnica Deverá ser construído em alumínio fundido, com molas de aço, correias para fixação e ser montado sobre base de madeira.

Armário Especificação DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg

Balança Antropométrica Adulto Especificação MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS

Cadeira para Massagem Característica Física MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO CAPACIDADE ATÉ 140 KG

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Arquivo Especificação DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

Tablado para Fisioterapia Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO MADEIRA COM ESTOFAMENTO

Ar Condicionado Característica Física Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Eletroestimulador com Corrente Galvânica-Farádica Característica Física Especificação COMPOSIÇÃO GALVANICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES/ MÍNIMO 2 CANAIS

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Especificação RESERVATÓRIO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE VÁLVULA UNIDIRECIONAL

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

bedouro/ Purificador Refrigerado Especificação TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Aparelho para Fisioterapia por Microondas Característica Física MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO COMPOSIÇÃO BRAÇO ARTICULADO

Balancim Proprioceptivo Especificação COMPOSIÇÃO AÇO/ PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE

Cama Elástica Proprioceptiva Característica Física Cama elástica com 32 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em courvin. 06 pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.

Esfigmomanômetro Adulto Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO

Andador Característica Física MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO RODÍZIOS DIANTEIROS NÃO POSSUI

Aparelho de Corrente Interferencial Especificação MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR COM 2 CANAIS

LABORATÓRIO

Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 28250005 - R\$ 40.000,00 - SÁGUAS MORAES

Aparelho de Corrente Interferencial Característica Física Especificação MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR COM 2 CANAIS

No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação ESPECIFICAR NÃO Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

PREF. MUN.

FLS. 41

RUB. -

Mesa de Escritório Característica Física COMPOSIÇÃO SIMPLES GAVETAS 02 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

Centrífuga Laboratorial Especificação TECNOLOGIA DIGITAL TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS

Contador Manual de Células Especificação TIPO/ TECLAS DIGITAL/ DE 11 ATÉ 14

Telefone Especificação TIPO/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA SEM FIO/ COM ID DE CHAMADAS/ SEM SECRETÁRIA ELETRÔNICA

Ar Condicionado Especificação CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

Arquivo Especificação DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO MATERIAL DE CONFECCÃO/ GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS

Poltrona Hospitalar Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO

Cadeira Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO

Mesa Ginecológica Especificação POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA COM GABINETE GABINETE COM PORTAS E GAVETAS

Freezer Comum Especificação TIPO HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS

Impressora Laser (Comum) Especificação ESPECIFICAR NÃO Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Especificação MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL

AMBULANCIA

Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
28250005 - R\$ 80.000,00 - SÁGUAS MORAES

Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda,

p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do 26/11/2018 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir_java.asp?processo=13995526000118009 2/2 veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

PREF. MUN.

FLS. 44

RUB. 5