



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO SRP - DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022.

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às treze horas e trinta minutos nas dependências da "Sala de Reuniões" da Prefeitura Municipal de Castanheira, reuniu-se a Comissão do Pregão, nomeada pela Portaria Municipal nº 106/2022 para deliberarem sobre a abertura dos envelopes de habilitação e de propostas do Pregão Presencial nº 39/2022, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X ANALÓGICO, COM EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSORA DE FILMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT.** A Pregoeira declarou aberto o certame com a presença de 01 (uma) empresa, portanto, passou a fazer o **CRENCIAMENTO:** do Sr. **ALFREDO GUILHERME DE LIMA SCARDINI**, maior, brasileiro, portador do RG nº **3350818-6 SESP/MT** e do CPF/MF sob o nº **365.408.971-20**, procurador da empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº **71.256.283/0001-85**. Posteriormente, após a conferência dos documentos de credenciamento, a comissão iniciou a abertura do envelope **01 "PROPOSTA DE PREÇOS"** da empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, que apresentou proposta no valor total de **R\$ 229.000,00 (Duzentos e vinte e nove mil reais)**. Logo, em seguida, a Pregoeira passou para a fase de lances, ficando os valores, conforme tabela abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	QTD	UNID.	MARCA	VALOR GLOBAL	EMPRESA VENCEDORA
01	APARELHO DE RAIOS X - FIXO	GERADOR DE NO MÍNIMO 50 KW; ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220/380VAC- 50/60HZ; SELEÇÃO DOS PARÂMETROS RADIOLÓGICOS DAS FUNÇÕES(KV,MA, MAS E TEMPO); SELEÇÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO; FAIXA DE AJUSTE DE KV COM VARIAÇÃO DE 40 A 150KV COM SENSIBILIDADE DE 1KV; FAIXA DE CORRENTE RADIOGRÁFICA PRÉ-PROGRAMÁVEL DE 80MA A 630MA NO MÍNIMO, COM NÍVEIS PROGRAMÁVEIS DE AJUSTE; FAIXA	01	UNID	KONICA MINOLTA	R\$ 225.000,00	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 4MS ATÉ 5,0S OU SUPERIOR; VARIAÇÃO DA FAIXA MÍNIMA DE MAS: 10A 500MAS OU MAIOR; PROGRAMA ANATÔMICO DE NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS PRÉ-PROGRAMÁVEIS; DISPLAY PARA SELEÇÃO DE TÉCNICAS; ESTATIVA PORTA TUBO CHÃO-TETO, CHÃO-MESA OU CHÃO-CHÃO; COM MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 300 CM; MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 130CM; ROTAÇÃO DA COLUNA VERTICAL DE +/- 180° COM LIBERAÇÃO E TRAVA DO MOVIMENTO ATRAVÉS DO PEDAL MECÂNICO NA COLUNA; ANGULAÇÃO DO TUBO DE RAIOS-X DE (-120, 0, 120°)GRAUS; INDICAÇÃO LUMINOSA DA CENTRALIZAÇÃO DO TUBO COM O BUCKY MESA E MURAL; ANGULADOR COM INDICAÇÃO(-180 A + 180 GRAUS); ACIONAMENTO				
--	--	---	--	--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DOS FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM TECLAS NO ANGULADOR; MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO HOMOGÊNEO DE 200X80CM; GRADE DO BUCKY ANTI DIFUSORA FIXA DE NO MÍNIMO 10:1 COM 152 LINHAS/POLEGADA OU MAIOR; TAMPO COM MOVIMENTOS NA LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO DE 66CM E TRANSVERSAL DE 24CM; CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG OU MAIOR; DESLOCAMENTO MÍNIMO DO BUCKY DE 60CM; MURAL BUCKY COM DESCOLAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 110CM; GRADE DO BUCKY ANTI DIFUSORA FIXA DE NO MÍNIMO 10:1 COM 152 LINHAS/POLEGADA OU MAIOR; DISTÂNCIA FOCAL DE 100 À 180CM; FREIO MECÂNICO OU ELETROMAGNÉTICO PARA O MOVIMENTO VERTICAL. TUBO DE RAIOS-X PARA 150KV;				
--	--	---	--	--	--	--

JD

9. 15

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CAPACIDADE TÉRMICA DE MÍNIMA DE 300KHU; TAMANHOS FOCAIS MÁXIMOS DE 0,6 PARA O FOCO FINO E 1,2MM PARA O FOCO GROSSO; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 9.000RPM				
	EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO	CPU - CORE I3 - 4GB DE RAM - 500 GB DE HD - WINDOWS 10 64 BITS - TECLADO E MOUSE. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS. MONITOR DE 23 POLEGADAS TOUCHSCREEN. CONECTIVIDADE DICOM 3.0. DICOM STORAGE - DICOM PRINT - DICOM MWM PARA CONEXÃO RIS E HIS - DRIVE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA EXTERNA. CONVERSÃO DA IMAGEM PARA FORMATO JPEG - BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB) - PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DAS IMAGENS POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO - ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE	01	UNID		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		GRADE - INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS OU EDITADOS, LINHA, SETA, RETÂNGULO E FORMAS LIVRES - MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO - MAGNIFICAÇÃO (ZOOM) DA IMAGEM - VISUALIZAÇÃO EM TELA CHEIA - ROTAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E INVERSÃO DA IMAGEM - AJUSTE INDEPENDENTE DOS PARÂMETROS DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO - ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMAGEM (MÁSCARA) - RECORTE DA IMAGEM NO TAMANHO E NA POSIÇÃO ESPECIFICADO PELO USUÁRIO - IMPRESSÃO DE ATÉ 25 IMAGENS POR PELÍCULA - ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA. RESOLUÇÃO 87,5 μ M (11,4 PIXELS/MM) PARA RADIOLOGIA GERAL - CASSETES COMPATÍVEIS: 14X17" (35X43 CM), 14X14" (35X35 CM), 11X14" (28X35				
--	--	---	--	--	--	--




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CM), 10X12" (24X30 CM), 8X10" (18X24 CM) E 15X30 CM - NÍVEL DE GRADAÇÃO DIGITAL DE 12 BITS (4.096 NÍVEIS DE CINZA) - CAPACIDADE DE PROCESSAMENT O DE ATÉ 45 PLACAS/HORA NO TAMANHO 14X17" (35X43 CM). CONSOLE DE OPERAÇÃO IMAGEPILOT (CPU, MOUSE E TECLADO). GARANTIA DE 12 MESES. NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA, CONSOLE E MONITOR (1 KVA).				
IMPRESSOR A DRY LASER DE PELICULAS RADIOGRÁF ICAS PARA MAMOGRAF IA	IMPRESSÃO FOTO TERMOGRÁFICA (LASER SECO); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA 500 DPI; ESPAÇAMENTO DO PONTO DE LASER DE 39 MICRON ARQUITETURA DE PROFUNDIDADE DE PIXEL DE 14 BITS TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: 100 SEGUNDOS PRODUTIVIDADE MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA (20 X 25 CM) E 100	01	UNID		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	<p>FILMES POR HORA (20 X 25 CM)</p> <p>. SUPORTAR FILME ESPECIFICO PARA MAMOGRAFIA;</p> <p>. SUPORTAR OS TAMANHOS DE FILME: 25 X 30 CM E 20X 25 CM ESPECÍFICOS PARA MAMOGRAFIA</p> <p>. POSSUIR 2 (DUAS) BANDEJAS PARA FILMES COMPATÍVEIS COM TODOS ES TAMANHOS DE FILME DISPONÍVEIS;</p> <p>. NÃO SER NECESSÁRIO PROCEDIMENTO DE CALIBRAGEM DO FILME OU ARRANQUE MANUAL</p> <p>. AUTOMÁTICO, SEM NENHUMA INTERVENÇÃO DO USUÁRIO</p> <p>. DICOM 3.0 INTEGRADA: SUPORTA A IMPRESSÃO A PARTIR DAS MODALIDADES DICOM;</p> <p>. INTEGRADO SEM NENHUM SERVIDOR SEPARADO DE DICOM</p> <p>. CONEXÃO DE ETHERNET</p>					
---	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		10/100/1000 NA IMPRESSORA					
		. CONEXÃO DE REDE ATRAVÉS EM RJ-45					
		. ACESSÓRIOS: 01 (UM) NOBREAK PARA IMPRESSORA					

Em seguida a comissão passou a fazer a abertura do envelope nº 02 "Documentos de Habilitação" da empresa vencedora do lote acima descrito e em análise aos documentos apresentados, conclui-se que a mesma cumpriu as exigências do edital, e ao final, foi declarada vencedora. Não havendo mais nada a ser registrado eu **JACÓ ALFONSO HORN**, membro do pregão, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, e pelos demais membros do pregão presente.

Castanheira - MT, 20 de julho de 2022.

COMISSÃO DO PREGÃO:



CAUANE DA SILVA GONÇALVES
PREGOEIRA

JACÓ ALFONSO HORN
MEMBRO DO PREGÃO


WILSON VIEIRA
MEMBRO DO PREGÃO


NAYARA VALERO MACEDO DE SOUZA
MEMBRO DO PREGÃO

EMPRESA PARTICIPANTE:


KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 71.256.283/0001-85
Sr. ALFREDO GUILHERME DE LIMA SCARDINI
CPF/MF sob o nº 365.408.971-20
Procurador

Junto a esta ata está anexado nas páginas seguintes os lances registrados em sessão:




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

TABELA DE LANCES E DESCONTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	QTD	UNID.	VALOR GLOBAL	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
01	APARELHO DE RAIOS X – FIXO	GERADOR DE NO MÍNIMO 50 KW; ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220/380VAC– 50/60HZ; SELEÇÃO DOS PARÂMETROS RADIOLÓGICOS DAS FUNÇÕES(KV,MA,M AS E TEMPO); SELEÇÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO; FAIXA DE AJUSTE DE KV COM VARIAÇÃO DE 40 A 150KV COM SENSIBILIDADE DE 1KV; FAIXA DE CORRENTE RADIOGRÁFICA PRÉ-PROGRAMÁVEL DE 80MA A 630MA NO MÍNIMO, COM NÍVEIS PROGRAMÁVEIS DE AJUSTE; FAIXA DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 4MS ATÉ 5,0S OU SUPERIOR; VARIAÇÃO DA FAIXA MÍNIMA DE MAS: 10 A 500MAS OU MAIOR; PROGRAMA ANATÔMICO DE NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS PRÉ-PROGRAMÁVEIS; DISPLAY PARA	01	UNID	R\$ 240.000,00	R\$ 225.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<p>SELEÇÃO DE TÉCNICAS; ESTATIVA PORTA TUBO CHÃO-TETO, CHÃO- MESA OU CHÃO-CHÃO; COM MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 300 CM; MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 130CM; ROTAÇÃO DA COLUNA VERTICAL DE +/-180° COM LIBERAÇÃO E TRAVA DO MOVIMENTO ATRAVÉS DO PEDAL MECÂNICO NA COLUNA; ANGULAÇÃO DO TUBO DE RAIOS-X DE (-120, 0, 120°)GRAUS; INDICAÇÃO LUMINOSA DA CENTRALIZAÇÃO DO TUBO COM O BUCKY MESA E MURAL; ANGULADOR COM INDICAÇÃO(-180 A + 180 GRAUS); ACIONAMENTO DOS FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM TECLAS NO ANGULADOR; MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO HOMOGÊNEO DE 200X80CM; GRADE DO BUCKY ANTI DIFUSORA FIXA DE NO MÍNIMO 10:1 COM 152 LINHAS/POLEGADA OU MAIOR; TAMPO</p>				
--	---	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	COM MOVIMENTOS NA LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO DE 66CM E TRANSVERSAL DE 24CM; CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG OU MAIOR; DESLOCAMENTO MÍNIMO DO BUCKY DE 60CM; MURAL BUCKY COM DESCOLAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 110CM; GRADE DO BUCKY ANTI DIFUSORA FIXA DE NO MÍNIMO 10:1 COM 152 LINHAS/POLEGADA OU MAIOR; DISTÂNCIA FOCAL DE 100 À 180CM; FREIO MECÂNICO OU ELETROMAGNÉTICO PARA O MOVIMENTO VERTICAL. TUBO DE RAIOS-X PARA 150KV; CAPACIDADE TÉRMICA DE MÍNIMA DE 300KHU; TAMANHOS FOCAIS MÁXIMOS DE 0,6 PARA O FOCO FINO E 1,2MM PARA O FOCO GROSSO; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 9.000RPM			
EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO	CPU - CORE I3 - 4GB DE RAM - 500 GB DE HD - WINDOWS 10 64 BITS - TECLADO E MOUSE. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS.	01	UNID	




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		MONITOR DE 23 POLEGADAS TOUCHSCREEN. CONECTIVIDADE DICOM 3.0. DICOM STORAGE - DICOM PRINT - DICOM MWM PARA CONEXÃO RIS E HIS - DRIVE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA EXTERNA. CONVERSÃO DA IMAGEM PARA FORMATO JPEG - BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB) - PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DAS IMAGENS POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO - ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE - INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS OU EDITADOS, LINHA, SETA, RETÂNGULO E FORMAS LIVRES - MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO - MAGNIFICAÇÃO (ZOOM) DA IMAGEM - VISUALIZAÇÃO EM TELA CHEIA - ROTAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E INVERSÃO DA IMAGEM - AJUSTE INDEPENDENTE DOS PARÂMETROS DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO - ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMAGEM (MÁSCARA)			
--	--	---	--	--	--




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<p>- RECORTE DA IMAGEM NO TAMANHO E NA POSIÇÃO ESPECIFICADO PELO USUÁRIO - IMPRESSÃO DE ATÉ 25 IMAGENS POR PELÍCULA - ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA. RESOLUÇÃO 87,5 µM (11,4 PIXELS/MM) PARA RADIOLOGIA GERAL - CASSETES COMPATÍVEIS: 14X17" (35X43 CM), 14X14" (35X35 CM), 11X14" (28X35 CM), 10X12" (24X30 CM), 8X10" (18X24 CM) E 15X30 CM - NÍVEL DE GRADAÇÃO DIGITAL DE 12 BITS (4.096 NÍVEIS DE CINZA) - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE ATÉ 45 PLACAS/HORA NO TAMANHO 14X17" (35X43 CM). CONSOLE DE OPERAÇÃO IMAGEPILOT (CPU, MOUSE E TECLADO). GARANTIA DE 12 MESES. NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA, CONSOLE E MONITOR (1 KVA).</p>				
	IMPRESSORA DRY LASER DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS PARA MAMOGRAFIA	IMPRESSÃO FOTO TERMOGRÁFICA (LASER SECO); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA 500 DPI;	01	UNID		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO


		<p>. ESPAÇAMENTO DO PONTO DE LASER DE 39 MICRON</p> <p>. ARQUITETURA DE PROFUNDIDADE DE PIXEL DE 14 BITS</p> <p>. TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: 100 SEGUNDOS</p> <p>. PRODUTIVIDADE MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA (20 X 25 CM) E 100 FILMES POR HORA (20 X 25 CM)</p> <p>. SUPORTAR FILME ESPECIFICO PARA MAMOGRAFIA;</p> <p>. SUPORTAR OS TAMANHOS DE FILME: 25 X 30 CM E 20X 25 CM ESPECÍFICOS PARA MAMOGRAFIA</p> <p>. POSSUIR 2 (DUAS) BANDEJAS PARA FILMES COMPATÍVEIS COM TODOS ES TAMANHOS DE FILME DISPONÍVEIS;</p> <p>. NÃO SER NECESSÁRIO PROCEDIMENTO DE CALIBRAGEM DO FILME OU ARRANQUE MANUAL</p> <p>. AUTOMÁTICO, SEM NENHUMA INTERVENÇÃO DO USUÁRIO</p>			
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		. DICOM 3.0 INTEGRADA: SUPORTA A IMPRESSÃO A PARTIR DAS MODALIDADES DICOM; . INTEGRADO SEM NENHUM SERVIDOR SEPARADO DE DICOM . CONEXÃO DE ETHERNET 10/100/1000 NA IMPRESSORA . CONEXÃO DE REDE ATRAVÉS EM RJ-45 . ACESSÓRIOS: 01 (UM) NOBREAK PARA IMPRESSORA				
--	--	--	--	--	--	--

Castanheira-MT, 20 de julho de 2022.


KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 71.256.283/0001-85
Sr. ALFREDO GUILHERME DE LIMA SCARDINI
CPF/MF sob o nº 365.408.971-20
Procurador



φ. 15

