



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
**PODER EXECUTIVO**

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA Nº 19/2023.**

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas nas dependências do Departamento de compras da Prefeitura Municipal de Castanheira, reuniu-se a comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeada pela portaria 73/2023, para reconhecimento que a empresa **LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº: **19.391.064/0001-99**, apresentou sua proposta para a **AQUISIÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 200 TESTES/HORA, COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, NOBREAK, MONITOR E COMPUTADOR PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT.**

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unid.	Quant.	Preço Estimado	Valor Total
1	182277	00031570	ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 200 TESTE/HORA. COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, NOBREAK, MONITOR, COMPUTADOR. DESCRIÇÃO: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA: SISTEMA ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) SERINGA DE CERÂMICA, ACESSO ALEATÓRIO, 200 TESTES POR HORA. SISTEMA 24H DE REFRIGERAÇÃO SUPORTE BIDIRECIONAL PARA INTERFACEAMENTO LIS E HIS SELECIONA O MELHOR PONTO DE TESTE PELA CURVA DE REAÇÃO, CRIA NOVO FATOR AUTOMATICAMENTE PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES NAS DIREÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM PARADA E ALARMES AUTOMÁTICOS. MÉTODOS DE ENSAIO: PONTO FINAL, CINÉTICO E PONTO FIXO PRINCÍPIO: COLORIMETRIA FOTOELÉTRICA. FONTE DE LUZ: LÂMPADA LONGA VIDA DE HALOGÊNEO FAIXA DE FOTOMETRIA: 0 ~ 4.0ABS. COMPRIMENTO DE ONDAS: 9 COMPRIMENTOS DE ONDA OPCIONAL (CURVA DE 300NM ~ 700NM). TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 200 TESTES / HORA 2 BRAÇOS: 1 DISPENSADOR DE REAGENTE E 1 MISTURADOR DE AMOSTRA. BANDEJA DE REAGENTE: 40 POSIÇÕES, 10~400µL COM INCREMENTO DE 1µL BANDEJA DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES, INCLUINDO PADRÃO, CQ, POSIÇÕES DE STAT, 2~50µL, COM INCREMENTO DE 1µL BANDEJA DE REAÇÃO: 60 CUBETAS COM ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. REFRIGERAÇÃO "ON BOARD" PARA REAGENTES, AMOSTRAS, CALIBRADORES, PADRÃO E CONTROLES COM BOTÃO ON/OFF. VOLUME MÍNIMO DE REAÇÃO: 150 µL. CONSUMO DE ÁGUA: MENOS DE 2 LITROS POR HORA EM FUNCIONAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE: PROGRAMÁVEL COM LEVY JENNINGS, MÚLTIPLOS LOTES, GRÁFICOS DE CQ, ETC. CONTROLE DE TEMPERATURA: INCUBADORA 37±0.1°C. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.	un	1,00	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00

Total: R\$ 78.500,00

Às vistas das manifestações anteriores reconhecemos a Dispensa de licitação em razão da urgência, com base no art. 24, inciso IV, da lei federal 8.666/1993 e alterações e em observância ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal. Considerando que nos últimos meses a grande demanda de paciente e exames solicitados para o laboratório municipal se faz necessário a aquisição do Analisador Automático em razão da urgência para melhoria de atendimento aos munícipes.

Rua Mato Grosso, n.º 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 581-1166 Castanheira-MT  
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

PREF. MUNIC.  
FLS. 59  
Rub. \




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
**PODER EXECUTIVO**

---

É o parecer. Sem mais a declarar, colocamos a apreciação da Coordenadoria Jurídica desta Prefeitura e do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

Castanheira, 04 de abril de 2023.

  
ALEXANDRA SILVA DE JESUS  
PRESIDENTE DA CPL

  
JACÓ ALFONSO HORN  
MEMBRO DA CPL

  
CARLOS VIEIRA SANTOS  
MEMBRO DA CPL