



Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Modalidade:

Licitação dispensável

Número/Ano: 19/2023 Data de abertura: 04/04/2023
Data adjudicação: 04/04/2023 Data homologação: 04/04/2023
Tipo de avaliação: Por item Critério de avaliação: Menor preço
Modo de disputa: Condição de pagamento: CONFORME O CONTRATO

Credenciamento: Não Chamamento: Não Registro de preço: Não

Objeto da licitação:

AQUISIÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 200 TESTES/HORA, COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, NOBREAK, MONITOR E COMPUTADOR PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso VI do Art. 43 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, ADJUDICA a presente Licitação à(s) empresa(s) Licitante(s) Vencedor(as) abaixo listada(s) e autoriza a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.391.064/0001-99	R\$ 78.500,00
Total:		R\$ 78.500,00

LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Não Exclusivo

Valor Total: R\$ 78.500,00

Código	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
182277	ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 200 TESTE/HORA. COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, NOBREAK, MONITOR, COMPUTADOR. DESCRIÇÃO: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA: SISTEMA ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) SERINGA DE CERÂMICA, ACESSO ALEATÓRIO, 200 TESTES POR HORA. SISTEMA 24H DE REFRIGERAÇÃO SUPORTE BIDIRECIONAL PARA INTERFACEAMENTO LIS E HIS SELECIONA O MELHOR PONTO DE TESTE PELA CURVA DE REAÇÃO, CRIA NOVO FATOR AUTOMATICAMENTE PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES NAS DIREÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM PARADA E ALARMES AUTOMÁTICOS. MÉTODOS DE ENSAIO: PONTO FINAL, CINÉTICO E PONTO FIXO PRINCÍPIO: COLORIMETRIA FOTOELÉTRICA. FONTE DE LUZ: LÂMPADA LONGA VIDA DE HALOGÊNEO FAIXA DE FOTOMETRIA: 0 - 4.0ABS. COMPRIMENTO DE ONDAS: 9 COMPRIMENTOS DE ONDA OPCIONAL (CURVA DE 300NM ~ 700NM). TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 200 TESTES / HORA 2 BRAÇOS: 1 DISPENSADOR DE REAGENTE E 1 MISTURADOR DE AMOSTRA. BANDEJA DE REAGENTE: 40 POSIÇÕES, 10-400µL COM INCREMENTO DE 1µL BANDEJA DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES, INCLUINDO PADRÃO, CQ, POSIÇÕES DE STAT, 2-50µL, COM INCREMENTO DE 1µL BANDEJA DE REAÇÃO: 60 CUBETAS COM ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. REFRIGERAÇÃO "ON BOARD" PARA REAGENTES, AMOSTRAS, CALIBRADORES, PADRÃO E CONTROLES COM BOTÃO ON/OFF. VOLUME MÍNIMO DE REAÇÃO: 150 µL. CONSUMO DE ÁGUA: MENOS DE 2 LITROS POR HORA EM FUNCIONAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE: PROGRAMÁVEL COM LEVY	un	1,0000	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00

PREF. MUNIC.
FLS. 58
Rub.



Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

JENNINGS, MÚLTIPLOS LOTES, GRÁFICOS DE CQ, ETC. CONTROLE DE TEMPERATURA: INCUBADORA 37±0.1°C. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.				
---	--	--	--	--

CASTANHEIRA, 4 de abril de 2023

Alexandra Silva de Jesus
CPF:007.137.481-76
Presidente da CPL

PREF. MUNIC.
FLS. 58
Rub. /